



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.31.010.A № 25269

Срок действия до 31 августа 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Электроды ионоселективные "ЭКОМ"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное
предприятие "ЭКОНИКС" (ООО НПП "ЭКОНИКС"), г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 12845-06

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
КДЦТ.418422.002МП

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год - для мод. "ЭКОМ-pH", "ЭКОМ-pH-ком",
"ЭКОМ-Eh"; первичная поверка до ввода в эксплуатацию - для остальных

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 31 августа 2016 г. № 1237

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



С.С.Голубев

..... 2016 г.

Серия СИ

№ 026955